

## KUPNÍ SMLOUVA

**Kupující:** Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka  
**IČ:** 00023817  
**Sídlo:** Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
**Bankovní spojení:** ČNB, č.ú. 623101/0710  
**Zastoupený:** PharmDr.Martinem Benešem, ředitelem  
na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

**Prodávající:** HPST, s.r.o.  
**IČ:** 25791079  
**Sídlo:** Písnická 372/20, 142 00 Praha 4  
**DIČ:** CZ25791079  
**Bankovní spojení:** Citibank a.s. Praha 6  
**číslo účtu:** 2504270118/2600  
**Zapsán u:** Obch. Rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 70568, dne 24.srpna 1999  
**Zastoupený:** dr. Lubomírem Kneselem, statutárním zástupcem HPST, s.r.o.

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají  
podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku  
tuto kupní smlouvu.

### ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu Autosampler k HPLC (dále jen „zboží“), a to včetně instalace a zaškolení obsluhy přístroje a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. Podrobná specifikace zboží je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy

### ČLÁNEK II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 2 měsíců od data účinnosti této smlouvy a provést jeho instalaci. Místem plnění je sídlo (pracoviště) kupujícího na adrese Šrobárova 48,100 41 Praha 10.

- 2) Dodávka zboží je splněná okamžikem dokončení instalace. Instalaci se rozumí dodání vlastního předmětu smlouvy dle přílohy č. 1, umístění na místo označené kupujícím, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy přístroje a smluvní strany o ní sepiší instalační (předávací) protokol. Dokončení instalace a uvedení do provozu bude potvrzeno kupujícím v instalačním (předávacím) protokolu.
- 3) V případě prodlení s dodávkou se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé prodlením s dodávkou zboží.

### ČLÁNEK III. KUPNÍ CENA

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zboží uvedené v článku I. bude dodáno za kupní cenu ve výši 358 737,90- Kč bez DPH , tj. 430 485,48,- Kč včetně DPH , slovy čtyřistatřicettisícčtyřistaosmdesát pět korun českých a 48h. Tato cena byla stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Kupní cena zahrnuje dopravu zboží do místa plnění a instalaci do prostor v místě plnění dle dispozic kupujícího a zaškolení obsluhy přístroje.

### ČLÁNEK IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží. Faktura je daňovým dokladem a musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené § 28 zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude splatná do 30 dnů od dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
- 2) V případě prodlení s platbou se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.
- 3) Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud tento neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravený nebo přepracovaný daňový doklad - faktura bude opatřen novou lhůtou splatnosti.
- 4) Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

LP

## ČLÁNEK V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 1) Kupující se stává vlastníkem zboží zaplacením kupní ceny za toto zboží.
- 2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží prodávajícím, tj. dokončením instalace.
- 3) Součástí dodávky bude dodací list vystavený na kupujícího, záruční list, manuály a návody k zařízení což bude uvedeno v sepsaném instalačním (předávacím) protokolu.
- 4) Osobou oprávněnou převzít zboží za kupujícího je RNDr.H.Puffrová, tel.č. 272 185 768 e-mail helena.puffrova@sukl.cz

## ČLÁNEK VI. ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ

- 1) Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží, tj. od dokončení instalace.
- 2) Kupující je povinen uplatnit nároky z titulu vad zboží během záruční doby, a to na e-mailovou adresu: info@hpst. cz nebo fax 244 001 235 a uplatnění nároku potvrdit písemně v tištěné podobě opatřené podpisem do 3 dnů na adresu prodávajícího.
- 3) Prodávající zahájí provádění záručních a pozáručních oprav ve lhůtě 48 hodin od okamžiku uplatnění nároku z titulu vad zboží a závady odstraní ve lhůtě, dohodnuté smluvními stranami dle jejich závažnosti. Pokud k takovéto dohodě nedojde, odstraní prodávající závady nejpozději do 1 měsíce od uplatnění nároku z titulu vad zboží.
- 4) Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením přístroje.
- 5) Po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží či jeho část pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
- 6) V případě, že prodávající nezahájí odstraňování záruční vady či nebude jednat s kupujícím o odstranění vady, a to do 5 dnů od okamžiku uplatnění nároku ze záruky, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady sám a vyúčtovat prodávajícímu veškeré náklady spojené s takovým odstraněním vady. Prodávající je povinen kupujícímu proplatit takové vyúčtování oproti předložení dokladů prokazujících vyšší nákladů.
- 7) Vadou, na niž se vztahuje záruka (záruční vada), se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech zboží specifikovaného v příloze č. 1 a

28

jeho jednotlivých částí, stanovených technickou dokumentací, zadávací dokumentací zakázky malého rozsahu „Nákup laboratorního přístroje Autosampler k HPLC“, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Prodávající je povinen odstraňovat závady během záruční doby bezplatně.

- 8) V případě prodlení s nástupem na odstranění závad (dle odst. 3 tohoto článku) uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 1000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

#### **ČLÁNEK VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 1) Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s termínem dodání zboží více než 30 dnů. Dále má kupující právo od smlouvy písemně odstoupit tehdy, pokud zboží či jeho část vykazuje opakující se vady, na které byl prodávající písemně upozorněn a nepodařilo se mu je odstranit do 30 (třiceti) dnů od prvního vyskytnutí vady.
- 2) Prodávající má právo od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s platbou ceny za předmět smlouvy déle než 2 měsíce.
- 3) Smluvní strana je před odstoupením od této smlouvy povinna písemně upozornit druhou stranu na svůj záměr od smlouvy odstoupit, sdělit důvody a stanovit dostatečnou přiměřenou lhůtu k odstranění porušení smlouvy, která je důvodem pro odstoupení.
- 4) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. V případě ukončení platnosti smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy bude provedeno vyúčtování dodaného zboží, a to do 15-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami protokol o částečném předání předmětu smlouvy.


#### **ČLÁNEK VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 1) a odst.2) Obchodního zákoníku na tom, že na jejich vzájemné závazkové vztahy se budou vztahovat příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
- 2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.

LP


- 3) Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Podrobná specifikace zboží – Technický popis a specifikace, Návrh konfigurace a cenová informace.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž prodávající i kupující obdrží po jednom stejnopisu.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Praze dne: 20.11.06.29.




PharmDr. Martin Beneš  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
ředitel  
Srovařova 48  
100 41 Praha 10  
(100)

V Praze dne: 19.7.2011



RNDr. Lubomír Knesel  
Jednatel HPST, s.r.o.



RNDr. Karel Vranovský, CSc.  
Generální ředitel HPST, s.r.o.



Ing. Naděžda Jeřábková  
Produktový specialista HPST, s.r.o.



## TECHNICKÝ POPIS A SPECIFIKACE

### Autosampler k HPLC

Předmětem nabídky je dodávka **autosampleru Agilent 1260 Infinity ke stávajícímu HPLC systému**, včetně příslušenství, jeho instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a pozáručního servisu.

Požadovaný parametr	ANO/NE	Doplňující informace
Flow Trough design autosampleru	ANO	Nabízený autosampler má tzv. Flow Trough design, dávkovací smyčka je kontinuálně proplachována mobilní fází
Fixní zásobník vzorků (ne karusel)	ANO	Zásobník v autosampleru má podobu obdelníkového fixního zásobníku/traye, nejedná se tedy o karusel. Tray je vyjímatelný
Kapacita zásobníku vzorků 100 lahviček 2 ml	ANO	Kapacita zásobníku/traye je 100 pozic pro 2-ml vialky
Termostatování vzorků (4 – 40°C)	ANO	Autosampler je vybaven termostatování vzorků s teplotním rozsahem 4 – 40°C
Pracovní tlak 0 – 40 MPa	ANO	Pracovní tlak autosampleru je 0 – 60 Mpa (600 bar)
Objem nástřiku 0,1-100 µl po 0,1 µl krocích bez výměny dávkovací smyčky	ANO	Objem nástřiku je 0.1-100 µl po 0.1 µl krocích bez výměny dávkovací smyčky
Programování dávkovacího cyklu (online derivatizace, příprava vzorku, ředění)	ANO	Autosampler je možno programovat pro účely online derivatizace, přípravy vzorků, ředění atd.
Senzor úniku mobilní fáze	ANO	Autosampler je vybaven senzorem úniku mobilní fáze
Počet nástřiků na vialku > 10	ANO	Počet opakovaných nástřiků lze nastavit v rozmezí 1-99
Přesnost nástřiku (reprodukovatelnost) < 0,5% RSD	ANO	Přesnost nástřiku je < 0.25% RSD
Přenos vzorku < 0,1%	ANO	Přenos vzorku je < 0,1%
Malý mrtvý objem	ANO	Mrtvý objem autosampleru je 300 µl, při přepnutí do tzv. bypass módu (z toku mobilní fáze se vyřadí dávkovací smyčka a dávkovací píst) se vnitřní objem sníží na 7 µl

Analytická instrumentace - spotřební materiál - PC - periférie - služby - poradenství - servis

Jednoduchá údržba	<b>ANO</b>	Veškeré části, které podléhají údržbě jsou dostupné z přední části autosampleru
Certifikace výrobce dle normy ISO 9001:2000	<b>ANO</b>	Firma HPST, s.r.o. disponuje požadovaným certifikátem
Český manuál	<b>ANO</b>	Součástí dodávky je anglický i český manuál
Ovládání z PC pomocí stávajícího SW ChemStation	<b>ANO</b>	Autosampler je plně ovládán ze stávajícího SW ChemStation
Bezpečnostní opatření – chybová hlášení (např. netěsnosti), vypnutí přístroje	<b>ANO</b>	Autosampler plně koresponduje s funkcí včasného zachytu poruch – Early Maintenance Feedback. Následně jsou veškeré vzniklé problémy dokumentovány v ovládacím SW.
Kompatibilita se stávajícím zařízením HPLC Agilent 1100 Series	<b>ANO</b>	Autosampler je plně kompatibilní se stávající HPLC sestavou 1100 Series

## Návrh konfigurace a cenová informace

**Kupující:** Česká republika, Státní ústav pro kontrolu  
léčiv – organizační složka státu  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10

**Nabídka:** NJM29-0491  
**Datum:** 24.5.2011  
**Měna:** CZK

**Příloha:** Nedílnou a samostatnou součástí této nabídky jsou „Obchodní podmínky HPST“, [http://www.hpst.cz/\\_download/hpst-op.pdf](http://www.hpst.cz/_download/hpst-op.pdf)  
**Platnost:** Platnost nabídky je do 8.7.2011.

č.produktu	opt	popis	ks
G1329B		<b>1260 Standard Autosampler</b> <i>1260 Infinity Standard Autosampler Features flow-through design up to 600 bar, Includes 100-vial (2mL) tray, CAN cable and 100 uL loop. Optional extended injection range and thermostating.</i>	1
G1330B		<b>1290 Thermostat</b>	1
HH90SU		<b>IQ, OQ 1260 Standard Autosampler</b>	1
		<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>358737.90</b>
		<b>DPH</b>	<b>71747.58</b>
		<b>Výsledná cena s DPH</b>	<b>430485.48</b>

Naděžda Jeřábková  
HPST, s.r.o.