

VZ22/2011 „Rekonstrukce laboratoří“
Dodatečné informace k ZD - 4

1. Otázka:

V dodatečných informacích č. 1 je uvedeno, že Zadavatel požaduje univerzální programovatelnou myčku laboratorního skla s horkovzdušnou dezinfekcí a sušičkou.

Požaduje zadavatel skutečně myčku s horkovzdušnou dezinfekcí nebo postačí myčka se sušením?

Odpověď:

Zadavatel požaduje po uchazečích dodání myčky se sušením.

V Praze dne 22.8.2011
Zpracoval: Kettner