

Zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

VZ33/2012

„Nákup vysokotlakého vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC)“

Evidenční číslo VZ: 7202010011551

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název: Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
IČO: 00023817
Zastoupený: MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel

2. Předmět zakázky

Předmětem plnění je dodávka vysokotlakého vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s příslušenstvím (PC s ovládacím softwarem), zaučení obsluhy, záruční a pozáruční servis přístroje.

3. Přehled uchazečů

Své nabídky předložili tito uchazeči:

- HPST, s.r.o., Písnická 372/20, 142 00 Praha 4, IČ: 25791079

4. Identifikační údaje zájemců a uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich vyloučení

Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Zakázka byla přidělena uchazeči:

Název: HPST, s.r.o.
Adresa: Písnická 372/20, 142 00 Praha 4
IČ: 25791079

6. Cena sjednaná ve smlouvě

Celková cena zakázky sjednaná v kupní smlouvě ze dne 29.6.2012 je 1 965 105,95 Kč bez DPH.

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Vzhledem k tomu, že byla předložena pouze jedna nabídka, postupovala hodnotící komise podle § 79 odst. 6 zákona a nabídka uchazeče HPST nebyla hodnocena podle kritérií stanovených v odstavci 10.1 zadávací dokumentace. U nabídky bylo posouzeno splnění zákonných požadavků a požadavků stanovených zadávací dokumentací na předmět zakázky a bylo konstatováno, že nabídka uchazeče HPST stanovené požadavky splnila.

V bodě 7.4 zadávací dokumentace byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 2 000 000,- Kč bez DPH. Uchazeč HPST předložil nabídku, ve které je cena za plnění předmětu stanovena na 1 965 105,94,- Kč bez DPH, tj. odpovídá ceně stanovené v zadávací dokumentaci.

Farmaceutické firmy, čili Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) regulované subjekty, při propouštění léčivých přípravků na trh postupně při kontrole léčivých přípravků přecházejí na modernější a úspornější techniku HPLC, tzv. UPLC (UPLC). Jedná se o vysokotlakou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, která má mnoho výhod proti klasické HPLC instrumentaci (např. menší spotřeba rozpouštědel, je šetrnější k životnímu prostředí, dochází ke zkrácení doby analýz). Aby byl SÚKL schopen reprodukovat metody držitelů registračních rozhodnutí pro zkoušení obsahu léčivé látky a především čistoty léčivých přípravků, je nezbytné, aby měl srovnatelné přístrojové vybavení. Přístroj je potřebný zejména ke kontrole nově zaregistrovaných léčivých přípravků případně léčivých látek a v neposlední řadě i při řešení závad v jakosti obchodovaných léčivých přípravků. Kontrolní činnost odboru laboratorní kontroly vychází ze zákona o léčivech.

Vzhledem k požadovaným špičkovým technickým parametrům nabízeného přístroje s přihlédnutím ke znalosti obdobných přístrojů a jejich obvyklé pořizovací ceně došla hodnotící komise k závěru, že nabízená cena je pro přístroj s požadovanými technickými parametry cenou průměrnou a tedy obvyklou a komise doporučuje realizovat pořízení daného přístroje.

8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

V Praze dne 3.7.2012
Zpracoval: Ing. Karel Kettner