

VZ08/2010

„Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem“

Dodatečné informace k ZD - 2

Otázka 1

Dle zadávací dokumentace, bod 8.6 je požadováno pojištění odpovědnosti za škodu na minimální částku 6.000.000,- Kč. Bude uchazeč vyloučen z účasti na zadávacím řízení, pokud předloží pojištění odpovědnosti za škodu na částku 5.000.000,- Kč?

Odpověď:

Pojištění ve výši 6.000.000,- Kč je stanovený ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad. Podle § 52 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek (tj. příslušné doklady musí být součástí nabídky). Podle § 60 ZVZ musí být dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Otázka 2

Dle zadávací dokumentace, bod 8.6 je požadováno pojištění odpovědnosti za škodu na minimální částku 6.000.000,- Kč. Bude uchazeč vyloučen z účasti na zadávacím řízení, pokud předloží pojištění odpovědnosti za škodu na částku 5.000.000,- Kč a přiloží místopřísežné prohlášení, že v případě výběru nabídky uchazeč zvýší pojištění odpovědnosti na částku 6.000.000,- Kč?

Odpověď:

Pojištění ve výši 6.000.000,- Kč je stanovený ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad. Podle § 52 odst. 1 zákona ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění požadované kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek (tj. příslušné doklady musí být součástí nabídky).

Otázka 3

Zadávací dokumentace se v bodě 7.7.3 odkazuje na přílohu č. 5 – vymezení kompatibility. Tato příloha však není součástí příloh (strana 15). Může zadavatel poskytnout bližší informace, na kterou se v bodě 7.7.3 odkazuje?

Odpověď:

Text odstavce 7.7.3 zůstal v ZD nedopatřením a ze zadávací dokumentace se vypouští.

Otázka 4

Zadávací dokumentace v bodě 7.7.5 požaduje designovou dokumentaci. Může zadavatel upřesnit, co pod výrazem designová dokumentace požadujete?

Odpověď:

Jedná se v podstatě o zdůvodnění, proč je navrhované technické řešení vhodné pro zamýšlené aplikace, jaké jsou výhody (včetně nabízené technické a aplikační podpory).

Otázka 5

Ve smlouvě v čl. II, bod 2) zadavatel požaduje instalační kvalifikaci přístroje. Je požadována instalační kvalifikace hardware i software?

Odpověď:

Ano, je požadována instalační kvalifikace hardware i software.

Otázka 6

Ve smlouvě v čl. II, bod 2) zadavatel požaduje instalační kvalifikaci přístroje. Zadavatel a dodavatel mohou používat jinou terminologii, je požadována instalační kvalifikace (IQ) i operační kvalifikace (OQPV)?

Odpověď:

Ano, po úspěšné instalační kvalifikaci je požadována i operační kvalifikace včetně kvalifikace software (viz otázka 5).

Otázka 7

Ve smlouvě v čl. II, bod 2) zadavatel požaduje instalační kvalifikaci přístroje. Vzhledem k povaze práce zadavatele je požadovaná instalační kvalifikace (operační kvalifikace) akceptována FDA?

Odpověď:

Laboratoř dodržuje zásady normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a je pravidelně auditována dle této normy. Pokud je IQ a OQ prováděná uchazečem akceptována i FDA, nemáme proti tomu námitky.

V Praze dne 4.6.2010